

Báo cáo sự cố 12192026

Ngày báo cáo

05/07/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

01/07/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Chuyển phôi (Embryo Transfer)

Bộ phận

LAB – IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 4

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Nghiêm trọng

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 1.7.2026, ghi nhận Văn Thành chuyển giếng đĩa chuyển phôi nhà fet 18 Nguyễn Thị Chi 1995 mã phôi EL2 (262074) làm mất phôi, còn mỗi vỏ trong giếng chuyển.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Người chuyển đĩa chưa tuân thủ quy trình chuyển, nghi ngờ chưa thay và tráng kĩ đầu côn, dẫn đến phôi dính dầu và mất phôi. (Khi phát hiện nhận thấy đầu côn và giếng rất nhiều dầu loang ra => nghi ngờ đầu côn chưa thay)

Hành động xử lý ban đầu

Bs Thảo đã kiểm tra lại đầu côn và các giếng, tuy nhiên không phát hiện thấy phôi => Gọi điện nhờ bs lâm sàng tư vấn phôi kém và rửa thêm phôi EL5 để chuyển kèm.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở lại mn về quy trình chuyển giếng bằng đầu côn, cần tuân thủ đúng quy trình chuyển giếng, tráng sạch đầu côn trước khi chuyển phôi sang giếng chuyển.

Theo dõi sau xử lý

10 ngày (đến ngày 11.7 xem và báo lại Beta)

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Văn Thành

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

Ảnh minh họa sự cố

- [2026-07-01.png](#)

ID

12192026