

Báo cáo sự cố 13822026

Ngày báo cáo

18/07/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

18/07/2026

Người báo cáo

Đồng Thị Liên

Quy trình xảy ra sự cố

- Chuyển phôi (Embryo Transfer)

Bộ phận

LAB – IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Nghiêm trọng

Mô tả chi tiết sự cố

Trong quá trình chuyển phôi: L1 Mạnh bê phôi sang > Bs Phương đưa vào > đưa ra do gặp khối u >> Mạnh quay lại nhà phôi thì không thấy phôi nữa. (Fet số 3: Vũ Thị Hường 1984 – 26009304- 261608 chuyển 1p FY2)

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Do nhiều dịch nhầy >> tác động cột trữ phôi >> mất phôi.

Hành động xử lý ban đầu

Báo Bs Phương

Hành động khách phục/phòng ngừa

Bs Thảo >> vệ sinh riêng biệt.

Theo dõi sau xử lý

3 tháng

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Văn Mạnh

Nhân sự liên quan 2

Đoàn Thành Đạt

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

13822026