

Báo cáo sự cố 13912026

Ngày báo cáo

20/07/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

20/07/2026

Người báo cáo

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

Quy trình xảy ra sự cố

- Trữ lạnh (Cryopreservation)
- Giai đoạn lưu trữ (Cryostorage)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 5

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Nghiêm trọng

Mô tả chi tiết sự cố

Khi rửa phôi nhà Fet số 4 Hải 89, mhs 252640 thì phát hiện chỉ có màng zp trên cọng và không thấy phôi. Ghi nhận tình trạng phôi trước rửa là 4BC (thoát màng), phôi sàng lọc như ý.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Chưa rõ

Hành động xử lý ban đầu

QC kiểm tra đĩa rửa, cọng rửa và kim rửa xác nhận không có phôi.
Sếp Thảo kiểm tra lại lần nữa và xác nhận không có phôi.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Chưa có
Vì nhà này không có phôi thay thế nên quyết định chuyển không.

Theo dõi sau xử lý

Không có

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Thị Thúy

Nhân sự liên quan 1

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nhân sự liên quan 2

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

13912026