

## Báo cáo sự cố 04862026

### Ngày báo cáo

24/04/2026

### Ngày phát hiện ra sự cố

24/04/2026

### Người báo cáo

Hồ Thị Yến

### Quy trình xảy ra sự cố

- Xử lý noãn (Oocyte Handling)

### Bộ phận

LAB - IVF

### Thiết bị xảy ra sự cố

No

### Phân loại sự cố

Loại 1

### Mức độ ảnh hưởng ( đến mẫu )

Thấp

### Mức độ ảnh hưởng ( đến khách hàng )

Thấp

### Mô tả chi tiết sự cố

Team đông phôi (Thảo B) phát hiện đĩa đông PDE nhà OR1 Thu 1995 (261463) sai năm sinh.

### Nguyên nhân ( nếu xác định được )

Team tách trứng Long - Linh chưa kiểm soát kỹ quy trình double check khi thực hiện thủ thuật tách trứng.

### Hành động xử lý ban đầu

Đã kiểm tra xác nhận team ICSI chính xác là nhà OR1.

### Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở team ICSI cần thực hiện quy trình check thông tin đĩa khi thực hiện thủ thuật cẩn thận hơn.

### Theo dõi sau xử lý

Không, vì OR đông noãn.

### Nhân sự trực tiếp

Hoàng Hải Long

### Nhân sự liên quan 1

Bùi Thị Khánh Linh

### Nhân sự liên quan 2

No

### Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

### Tình trạng xác nhận

Mới

### ID

04862026