

Báo cáo sự cố 07382026

Ngày báo cáo

05/05/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

05/05/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Trữ lạnh (Cryopreservation)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Thấp

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Thấp

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 5/5/2026, team lấy cọng rã (Thoa - Đạt) phát hiện fet 11 Nguyễn Thị Thu trên cas và cọng là Bùi Thị Thu (team đông: Mạnh - Phượng - Trang A), team rã đã báo cáo bs Thảo và kiểm tra checklicst đông để xác nhận rã.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Do cọng viết sai họ nhưng khi người đông chính kiểm tra đối chiếu cọng trước khi lên phôi phụ đông 1 không phát hiện ra so với hồ sơ.

Hành động xử lý ban đầu

Team rã đã báo cáo BS Thảo và kiểm tra các thông tin còn lại trên cọng rã => các thông tin mã hs, năm sinh, số phôi khớp.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở phụ đông check kĩ thông tin khi đối chiếu với người đông chính.

Theo dõi sau xử lý

3 tháng.

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nhân sự liên quan 1

Nguyễn Văn Mạnh

Nhân sự liên quan 2

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

07382026