

Báo cáo sự cố 07952026

Ngày báo cáo

31/05/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

30/05/2026

Người báo cáo

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

Quy trình xảy ra sự cố

• No

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Thấp

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Thấp

Mô tả chi tiết sự cố

Team môi trường quên không làm đĩa AOA=> ảnh hưởng đến thời gian AOA. Do nhà này có tiền sử tạo phôi kém, trong khi checklist đã đưa lên nhóm sớm.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Không kiểm tra checklist

Hành động xử lý ban đầu

làm đĩa AOA bổ sung và chờ đủ 4 tiếng để sử dụng.

Hành động khách phục/phòng ngừa

kiểm tra checklist

Theo dõi sau xử lý

3 tháng

Nhân sự trực tiếp

Trần Phương Thảo

Nhân sự liên quan 1

Nguyễn Hữu Tân An

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

Ảnh minh họa sự cố

• [z7886661250350_e1fdb5016ec60e165b05f9ad034eb7d.jpg](#)

ID

07952026